

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1110033

Výrobek: Infračervená podložka

Typ: IR 10 M

Jmenovité hodnoty: 24 V DC, 60 W (adapter UE60240250SPAV2: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A)

Objednavatel: 2 ES, spol. s r.o.  
Pantočkova 90, 38001 Dačice IV, Česká republika

Výrobce: 2 ES, spol. s r.o.  
Pantočkova 90, 38001 Dačice IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 004692-01/02 ze dne: 04.01.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60601-1:2007 ed. 2, ČSN EN 60601-1-6:2008 ed. 2, ČSN EN 60601-1-2:2008 ed. 2

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 004692 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2013

10.1.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



004692-01



**2 ES spol. s r.o.**  
Jan Starka  
Pantočkova 90/IV  
**380 01 Dačice**

IČ: 60068116  
Váš dopis ze dne 3. 2. 2011

V Praze dne 9. 2. 2011  
Č.j. 9109/2011

### Formulář pro ohlašovací povinnost

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že obdrželo dle ustanovení § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, Vámi zasláný formulář:

#### Č.j.-Reg.č:

Formulář pro registraci osob (právnických nebo fyzických)

- výrobce zdravotnických prostředků
- osoba provádějící servis

9109A/2011

9109A/2011

Formulář pro registraci zdravotnických prostředků

- zařízení, termografická, infračervená – IR 10 M – 14022

9109B/2011

Formulář pro registraci informací vztahujících se k certifikaci zdravotnických prostředků

- zařízení, termografická, infračervená – IR 10 M – 14022

9109C/2011

a pokládá ohlašující povinnost za splněnou.

S pozdravem

Mgr. Daniela Rrahmaniová  
vedoucí oddělení farmacie

