

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1110815

Výrobek: Polarizační lampa

Typ: BL 43 M

Jmenovité hodnoty: Adaptér: 100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A; Lampa: 12 V DC, 20 VA

Objednavatel: 2 ES, spol. s r.o.
Pantočková 90, 38001 Dačice IV, Česká republika

Výrobce: 2 ES, spol. s r.o.
Pantočková 90, 38001 Dačice IV, Česká republika

Výrobní místo: 2 ES, spol. s r.o.
Masarykova 350, 39470 Kamenice nad Lipou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 102562-01/03 ze dne: 08.09.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60601-1:2007 ed. 2,
ČSN EN 60601-1-6:2008 ed. 2,
ČSN EN 60601-1-11:2011,
ČSN EN 60601-1-2:2008 ed. 2

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 102562 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.9.2014

19.9.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



102562-01